

深圳市生态环境局坪山管理局 责令改正违法行为决定书

深环坪山责改字〔2024〕3号

单位名称：[REDACTED]

法定代表人：[REDACTED]

统一社会信用代码：[REDACTED]

住所：深圳市坪山新区坪山办事处碧岭工业区秀明南路2号

我局执法人员于2023年6月15日对你单位进行了调查,发现你单位实施了以下环境违法行为:2023年6月15日7时30分,我局执法人员到你公司进行现场检查,发现你公司正在生产,废水总排口正在排放废水,废水处理站内用于自行监测的pH值在线自动监测仪已联网,但采样探头被人为使用装有液体的保护盖套住,导致pH值在线自动监测仪未能正常运行。你公司现场负责人称上述行为系当日使用氯化钾溶液浸泡pH值在线自动监测仪探头,以清洗探头上沉淀物,但在开始排放废水后忘记取走套盖,导致你公司排放废水时未保证pH值在线自动监测仪同时正常运行。

以上事实,主要有以下证据材料证明:

1、2023年6月15日我局执法人员制作的现场视频、现场检查笔录,证明你公司在2023年6月15日上午正在生产,废水总排口正在排放废水,废水处理站内用于自行监测的pH值在线自动监测仪已联网,但采样探头被人为使用装有液体的保护盖套住,导致pH值在线自动监测仪未能正常运行;

2、2023年6月15日、6月16日、6月21日、6月28日我局执法人员制作的调查询问笔录，证明你公司现场负责人称上述行为系当日使用氯化钾溶液浸泡pH值在线自动监测仪探头，以清洗探头上沉淀物，但在开始排放废水后忘记取走套盖，导致你公司排放废水时未保证pH值在线自动监测仪同时正常运行；

3、2023年6月15日你单位提供的营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人及受委托人身份证复印件，证明你单位的主体适格；

4、2023年7月4日我局执法人员制作的深圳市2023年环境监管重点单位名录打印件，证明你公司属于深圳市2023年水环境重点排污单位；

5、2023年6月15日、6月16日、7月7日我局执法人员制作的执法证复印件，证明该案调查由具有行政执法资格的六名执法人员实施。

你单位上述行为违反《中华人民共和国水污染防治法》第二十三条第一款的规定，“实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者应当按照国家有关规定和监测规范，对所排放的水污染物自行监测，并保存原始监测记录。重点排污单位还应当安装水污染物排放自动监测设备，与环境保护主管部门的监控设备联网，并保证监测设备正常运行。具体办法由国务院环境保护主管部门规定。”

依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款“行政机关实施行政处罚时，应当责令当事人改正或者限期

改正违法行为”的规定，以及《中华人民共和国水污染防治法》第八十二条第二项“违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令限期内改正，处二万元以上二十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产整治：（二）未按照规定安装水污染物排放自动监测设备，未按照规定与环境保护主管部门的监控设备联网，或者未保证监测设备正常运行的”的规定，现责令你单位：

接到本决定书之日起1日内改正未保证监测设备正常运行的违法行为。

如上述违法行为属于应依法直接给予行政处罚的情形，则对该行为的处罚不以整改结果为前提条件。

我局将自责令改正期限届满三十日内对你单位违法行为的改正情况实施复查。若复查时发现你单位拒不改正的，我局可根据违法行为依法采取法律赋予生态环境部门的监管措施：1.依据国家、省和特区相关环保法律法规规章的规定，对你单位实施按日连续处罚；2.依据《中华人民共和国环境保护法》六十三条的规定，将案件移送公安机关，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员予以行政拘留；3.依法采取法律法规规定的其他措施。

你单位在我局实施复查前，可以向我局报告整改情况，并附具相关证明材料。

你单位如对本决定不服，可以在收到本决定书之日起六十日内向深圳市人民政府或者深圳市坪山区人民政府申请

行政复议；也可以在收到决定书之日起六个月内向广东省深圳市龙岗区人民法院提起行政诉讼。

联系人：柳道峰 电话：13925295820

地址：深圳市坪山区碧岭街道高另村5-4号

深圳市生态环境局坪山管理局

2024年1月8日

